

## 谷氨酰胺合成酶 (Glutamine synthetase, GS) 试剂盒说明书

(货号: G0401W 微板法 48 样)

## 一、产品简介:

谷氨酰胺合成酶 (GS, EC 6.3.1.2) 主要存在于植物中, 是生物体内氮同化的关键酶之一, 植物吸收的无机氮经硝酸还原酶 (NR) 和亚硝酸还原酶 (NIR) 还原成  $\text{NH}_4^+$  后, 通过谷氨酰胺合成酶 (GS) 参与的 GS/GOGAT 途径才能进行氮素的同化和利用。

谷氨酰胺合成酶 (GS) 在 ATP 和  $\text{Mg}^{2+}$  存在下, 催化铵离子和谷氨酸合成谷氨酰胺; 谷氨酰胺进一步转化为  $\gamma$ -谷氨酰基异羟肟酸, 在酸性条件下形成的络合物在 540nm 处有最大吸收峰, 进而得到谷氨酰胺合成酶 (GS) 的酶活性大小。

## 二、试剂盒的组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4℃ 保存	
试剂一	液体 18mL×1 瓶	4℃ 保存	临用前 37℃ 预热 10min, 充分混匀
试剂二	液体 17mL×1 瓶	4℃ 保存	临用前 37℃ 预热 10min, 充分混匀
试剂三	粉剂 mg×2 瓶	-20℃ 保存	用前甩几下或 4℃ 离心使试剂落入试管底部, 每瓶再加入 7mL 蒸馏水充分溶解待用, 仍-20℃ 保存。
试剂四	液体 25mL×1 瓶	4℃ 保存	

【注】: 粉剂量在 mg 级别, 使用前用手甩几次或者进行离心, 打开直接加入要求的试剂即可。

## 三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、水浴锅、台式离心机、可调式移液器、研钵、冰和蒸馏水。

## 四、谷氨酰胺合成酶 (GS) 活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

## 1、样本制备:

## ① 组织样本:

称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆。12000rpm, 4℃ 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照组织质量 (g): 提取液体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例进行提取。

## ② 细菌/细胞样本:

先收集细菌/细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液; 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 20% 或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次), 12000rpm, 4℃ 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照细菌/细胞数量 ( $10^4$  个): 提取液体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例提取。

## 2、上机检测:

① 酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 540nm。

② 在 EP 管中依次加入:

试剂 ( $\mu\text{L}$ )	测定管	对照管
样本	200	200
试剂一		320
试剂二	320	

试剂三	120	120
混匀, 37℃水浴 30min		
试剂四	200	200
混匀, 反应 2min, 8000rpm, 4℃离心 10min, 取 200μL 上清液于 96 孔板中, 540nm 处分别读取吸光值 A, $\Delta A=A$ 测定管-A 对照管 (每个测定管须设一个对应的对照管)。		

【注】: 若 $\Delta A$  值低于 0.005, 可增加样本加样体积 V1 (如由 200μL 增至 400μL, 则试剂一和试剂二相应减少 120μL, 试剂三相应减少 80μL), 保持反应总体积不变。或增加样本取样质量 W (由 0.1g 增加到 0.2g 或更高)。则改变后的 V1 和 W 需代入公式重新计算。

## 五、结果计算:

### 1、按样本蛋白浓度计算:

单位定义: 每毫克组织蛋白在每分钟内使 A540 吸光值变化 0.005 定义为一个酶活力单位。

$$GS(U/mg \text{ prot}) = \Delta A \div (Cpr \times V1) \div 0.005 \div T = 33.3 \times \Delta A \div Cpr$$

### 2、按样本鲜重计算:

单位定义: 每克组织在每分钟内使 A540 吸光值变化 0.005 定义为一个酶活力单位。

$$GS(U/g \text{ 鲜重}) = \Delta A \div (W \times V1 \div V) \div 0.005 \div T = 33.3 \times \Delta A \div W$$

### 3、按细菌或细胞密度计算:

单位定义: 每百万细菌或细胞在每分钟内使 A540 吸光值变化 0.005 定义为一个酶活力单位。

$$GS(U/10^4 \text{ cell}) = \Delta A \div 0.005 \div (500 \times V1 \div V) \div T = 0.07 \times \Delta A$$

V----加入提取液体积, 1 mL;

V1----加入样本体积, 0.2mL;

T----反应时间, 30 min;

W----样本质量, g;

500----细胞数量, 百万;

Cpr----样本蛋白质浓度, mg/mL, 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。