

总糖含量试剂盒说明书

(货号: G0503F 分光法 48 样)

一、产品简介:

糖类物质是构成植物体的重要组成成分之一,也是新陈代谢的主要原料和贮存物质。总糖也可称为碳水化合物,包括可溶性的单糖,二糖以及不溶性的淀粉,纤维素,几丁质等。

总糖酸水解为还原糖,在碱性条件下,DNS 试剂与还原糖共热后被还原成氨基化合物,在过量的 NaOH 碱性溶液中呈桔红色,经过 500nm 到 540nm 波长扫描在 500nm 处有最大吸收峰,并且在一定的浓度范围内,还原糖含量与 500nm 吸光度成线性关系,根据标准曲线,以此测定样品中的还原糖含量,即样品中的总糖含量。

二、试剂盒的组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 40mL×1 瓶	4°C保存	
试剂一	空瓶×1 个	4°C保存	临用前加 15mL 水,再向水中缓慢加 15mL 的市售盐酸(盐酸有腐蚀性,加的过程中需缓慢谨慎加入),混匀备用。
试剂二	液体 30mL×1 瓶	4°C保存	
试剂三	液体 6mL×1 瓶	4°C保存	
标准品	粉体 mg×1 支	4°C保存	若重新做标曲,则用到该试剂

三、所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿(光径 1cm)、水浴锅、可调式移液器、研钵、盐酸。

四、总糖含量检测:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,了解本批样品情况,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

① 组织样本:

称取约 0.1g 样品(水分充足的样本可取 0.5g),750 μ L 提取液,匀浆后加入 500 μ L 试剂一,封口置于 90°C 水浴中加热 30min,并且 15min 振荡一次,用冷水冷却至室温,加入 500 μ L 试剂二,用蒸馏水定容至 2mL,混匀,12000rpm,25°C 离心 10min,取上清液备用。

【注】:若增加样本量,可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为 1:5~10 的比例进行提取。

② 液体样本:

取 0.1mL 液体样本加入 750 μ L 提取液,匀浆后加入 500 μ L 试剂一,封口置于 90°C 水浴中 30min,并且 15min 振荡一次,用冷水冷却至室温,加入 500 μ L 试剂二,用蒸馏水定容至 2mL,混匀,12000 rpm,25°C 离心 10min,取上清液备用。

2、上机检测:

① 可见分光光度计预热 30min 以上,调节波长至 500nm,蒸馏水调零。

② 提示:大多数样本总糖含量较高,为使 ΔA 值在 1 以内,实验前可选取几个样本做预测定,用蒸馏水把上清液稀释成不同浓度,找出适合本次检测样本的稀释倍数 D。

③ 调节水浴锅至 95°C,在 EP 管中依次加入:


试剂 (μ L)	测定管	空白管(仅做一次)
样本	100	
蒸馏水		100
试剂三	100	100

混匀，在 95°C 水浴中 10min（盖紧封口，以防止水分散失），取出后立即过冷水冷却至室温。		
蒸馏水	1000	1000
混匀，全部液体转移到 1mL 玻璃比色皿中，500nm 读取吸光值 A， $\Delta A = A - A_{\text{空白}}$ 。		

【注】：若 ΔA 值大于 1.5，样本可用蒸馏水再行稀释，稀释倍数 D 代入计算公式计算。

五、结果计算：

1、标准曲线方程为 $y = 10.217x - 0.0305$ ；x 为标准品质量（mg），y 为 ΔA 。



2、按样本鲜重计算：

$$\begin{aligned} \text{总糖}(\text{mg/g 重量}) &= [(\Delta A + 0.0305) \div 10.217] \div (W \times V1 \div V) \times D \\ &= 1.96 \times (\Delta A + 0.0305) \div W \times D \end{aligned}$$

3、按液体体积计算：

$$\begin{aligned} \text{总糖}(\text{mg/mL}) &= [(\Delta A + 0.0305) \div 10.217] \div [V2 \times V1 \div V] \times D \\ &= 19.6 \times (\Delta A + 0.0305) \times D \end{aligned}$$

V---样品提取液总体积，2mL； V1---测定时所取样品提取液的体积，0.1mL；

V2---液体样品量，0.1mL； W---样本质量，g；

D---稀释倍数，未稀释即为 1。

附：标准曲线制作过程：

- 1 制备标准品母液（1mg/mL）：从标准品管中称量取出 2mg 至一新 EP 管中，再加 2mL 蒸馏水混匀溶解即 1mg/mL 的葡萄糖（母液需在两天内用且-20°C 保存）。
- 2 把母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品：0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. mg/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 依据测定管的加样表操作，根据结果即可制作标准曲线。