

线粒体复合体III活性测定试剂盒说明书

(货号: G0847W48 微板法 48 样)

一、产品简介:

线粒体复合体III (EC 1.10.2.2) 又称 CoQ-细胞色素 C 还原酶, 广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞的线粒体中, 是线粒体呼吸电子传递链主路和支路的共有成分, 负责把还原型 CoQ 的氢传递给细胞色素 C 生成还原型细胞色素 C。

还原型细胞色素 C 在 550nm 有特征光吸收, 线粒体复合体III催化氧化型细胞色素 C 生成还原型细胞色素 C, 因此 550nm 光吸收增加速率能够反映线粒体复合体III酶活性。

二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	液体 60mL×1 瓶	-20°C保存	
试剂二	液体 10mL×1 瓶	-20°C保存	
试剂三	液体μL×1 支	-20°C保存	
试剂四	液体×1 瓶	-20°C保存	
试剂五	粉剂×1 支	-20°C保存	用前把试剂五全部转移至试剂四中, 混匀溶解后备用。
试剂六	液体 0.5mL×1 支	-20°C保存	

三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、低温台式离心机、研钵、冰和蒸馏水。

四、线粒体复合体III活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、线粒体制备 (提示: 整个线粒体的提取过程须保持 4°C低温环境):

- ① 称取约 0.1g 组织或收集 500 万细菌/细胞, 加入 1mL 试剂一, 用冰浴匀浆器或研钵匀浆, 转移至离心管后于 4°C×700g 离心 10min (若漂浮有脂肪, 可用枪头去除)。
- ② 弃沉淀, 上清液移至另一离心管中, 4°C×12000g 离心 10min。沉淀即为提取的线粒体, 用作第④步操作。
- ③ (选做) 上步得到的上清液即为胞浆提取物, 可作为样本用于测定从线粒体泄漏的线粒体呼吸链复合体III, 用于判断线粒体提取效果。
- ④ 在沉淀 (线粒体) 中加入 200μL 试剂二和 2μL 试剂三, 超声波破碎 (冰浴, 功率 20% 或 200W, 超声 3s, 间隔 10 秒, 重复 30 次), 液体置于冰上用于线粒体复合体III酶活性测定。

【注】: 若增加样本量, 可按照组织质量 (g): 提取液体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例进行提取, 或按照细菌/细胞数量 (10^4): 提取液 (mL) 为 500~1000: 1 的比例进行提取。

2、上机检测:

- ① 酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 550nm。
- ② 若待测上清液比较浑浊 (蛋白浓度比较高), 可先对样本进行梯度稀释或按照下方加样表梯度减少样本加样量 (试剂六相应增加) 进行预测定实验。
- ③ 将试剂五和六置于 37°C (哺乳动物) 或 25°C (其它物种) 于恒温振荡培养箱或水浴锅中孵育 15min; 在 96 孔板中依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管
样本	20
试剂五	170
试剂六	10
混匀, 于 550nm 处读取 A1, 置于 37°C (哺乳动物) 或 25°C (其它物种), 5min 后读取 A2, ΔA=A2-A1。	

【注】 若 ΔA 小于 0.01, 可以增加样本加样体积 V1 (如 40μL, 试剂五相应减少), 或延长反应时间 T (如增至 10min 或更长), 则改变后的 V1 和 T 需代入计算公式重新计算。

五、结果计算:

1、按样本蛋白浓度计算:

定义: 每毫克组织蛋白每分钟催化产生 1nmol 还原型细胞色素 C 定义为一个酶活力单位。

复合体 III 活力(nmol/min/mg prot)=[ΔA÷(ε×d)×V2×10⁹]÷(V1×Cpr)÷T=183.15×ΔA÷Cpr

2、按样本鲜重计算:

定义: 每克组织每分钟催化产生 1nmol 还原型细胞色素 C 定义为一个酶活力单位。

复合体 III 活力(nmol/min/g 鲜重)=[ΔA÷(ε×d)×V2×10⁹]÷(W×V1÷V)÷T=37×ΔA÷W

3、按细菌/细胞密度计算:

定义: 每 1 万个细菌/细胞每分钟催化产生 1nmol 还原型细胞色素 C 定义为一个酶活力单位。

复合体 III 活力(nmol/min/10⁴ cell)=[ΔA÷(ε×d)×V2×10⁹]÷(500×V1÷V)÷T=0.074×ΔA

ε---还原型细胞色素 C 摩尔消光系数, 21.84×10³ L/mol/cm; d---96 孔板光径, 0.5cm;

V---加入提取液体积, 0.202 mL;

V1---加入样本体积, 0.02mL;

V2---反应体系总体积, 2×10⁻⁴ L;

T---反应时间, 5min;

W---样本质量, g;

500---细胞或细菌总数, 万;

Cpr---样本蛋白质浓度, mg/mL; 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。