

## Malondialdehyde (MDA) Kit

### 丙二醛(MDA)含量试剂盒说明书

货号: G0110W | 方法: 微板法 | 规格: 196 样

#### 一、产品简介:

丙二醛 (MDA) 是由于生物体衰老或在逆境条件下受伤害, 其组织或器官膜脂质发生过氧化反应而产生的。它的含量与生物体衰老及逆境伤害有密切关系。MDA 在高温、酸性条件下, 与硫代巴比妥酸 (thiobarbituric acid, TBA) 缩合, 生成红色产物, 在 532nm 有最大吸收峰, 进行比色后可估测样品中过氧化脂质的含量; 同时测定 600nm 下的吸光度, 利用 532nm 与 600nm 下的吸光度的差值计算 MDA 的含量。

#### 二、试剂盒组分与配制

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 110mL×1 瓶	4°C 保存	使用前摇匀, 且用蒸馏水稀释一倍后再使用。
工作液	液体 60mL×1 瓶	4°C 避光保存	若有沉淀析出, 50°C 水浴至溶解。溶解后一个月内使用完毕可室温避光保存, 长期保存则需 4 度避光保存 (保存期间若有沉淀析出可再次 50°C 水浴至溶解待用)。

#### 三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、水浴锅、台式离心机、可调式移液器、研钵、冰和蒸馏水。

#### 四、丙二醛 (MDA) 的测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

##### 1、样本制备:

###### ① 组织样本:

称取约 0.1g 组织 (水分充足的样本可取 0.5g), 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆。4°C×12000rpm 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为 1:5~10 的比例进行提取。

###### ② 细菌/细胞样本:

先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液, 在 4°C 或冰浴进行匀浆 (使用各类常见电动匀浆器或超声破碎)。4°C 约 12,000rpm 离心 10min, 取上清作为待测样品。

【注】: 若增加样本量, 可按照细菌/细胞数量( $10^4$ ): 提取液(mL)为 500~1000:1 的比例进行提取。

###### ③ 液体样本: 直接检测。若浑浊, 离心后取上清检测。

##### 2、上机检测:

###### ① 打开酶标仪预热 30min, 同时水浴锅加热到 90-95°C。

###### ② 在 EP 管中依次加入:

试剂名称 ( $\mu\text{L}$ )	测定管
工作液	300
样本	200

混匀后, 在 90-95°C 水浴中保温 30min (管口用封口膜封紧或者用重物压实), 取出放冰上冷却, 25°C, 12000rpm 离心 10min, 取 200 $\mu\text{L}$  上清液至 96 孔板中, 分别于 532nm 和 600nm 处读取吸光度 A,  $\Delta A = A_{532} - A_{600}$ 。

注意：本操作流程适用于绝大多数常规样本检测，实验条件可根据实际样本状态适度微调；  
针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

## 五、结果计算：

### 1、按样本鲜重计算：

$$\text{MDA 含量}(\text{nmol/g 鲜重})=[\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_2 \times 10^9] \div (W \times V_1 \div V) = 32.3 \times \Delta A \div W$$

### 2、按细胞数量计算：

$$\text{MDA 含量}(\text{nmol}/10^4 \text{ cell})=[\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_2 \times 10^9] \div (500 \times V_1 \div V) = 0.065 \times \Delta A$$

### 2、液体 MDA 含量：

$$\text{MDA 含量}(\text{nmol/mL})=[\Delta A \times V_2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div V_1 = 32.3 \times \Delta A$$

V---样本提取液的总体积，1 mL；

V1---加入反应体系样本体积，0.2mL；

V2---样本加入量与工作液总反应液体积， $5 \times 10^{-4}$  L； d---光径，0.5cm；

$\epsilon$ ---MDA 摩尔消光系数， $155 \times 10^3$  L / mol / cm； W---样本质量，g；

500---细胞数量，万。