

## 单脱氢抗坏血酸还原酶 (MDHAR) 试剂盒说明书

(货号: G0213W 微板法 96 样)

### 一、产品简介:

单脱氢抗坏血酸还原酶 (MDHAR, EC 1.6.5.4) 是使抗坏血酸 (AsA) 再生的关键酶之一, 催化 MDHA 重新还原成 AsA, 对于维持抗坏血酸的抗氧化特性具有重要作用。

MDHAR 催化 NADH 还原 MDHA 生成 AsA 和 NAD<sup>+</sup>, 通过测定 NADH 在 340 nm 处的光吸收下降速率, 来计算出 MDHAR 活性。

### 二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 100mL×1 瓶	4°C保存	
试剂一	液体 15mL×1 瓶	4°C保存	
试剂二	粉剂 mg×4 支	-20°C保存	用前甩几下或 4°C离心使试剂落入试管底部, 每支再加 0.6mL 蒸馏水充分溶解, 用不完的试剂分装后-20°C保存(可保存一个月), 禁止反复冻融, 解冻后可 4°C保存并一周内使用完。
试剂三	粉剂 mg×3 支	4°C保存	用前甩几下或 4°C离心使试剂落入试管底部, 再每支加 2mL 蒸馏水充分溶解, 用不完的试剂分装后-20°C保存(可保存一个月), 禁止反复冻融, 解冻后可 4°C保存并一周内使用完。
试剂四	液体 0.12mL×2 支	-20°C保存	用前甩几下或 4°C离心使试剂落入试管底部, 可分装后-20°C保存, 禁止反复冻融。

### 三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板 (UV 板)、研钵、冰、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅。

### 四、单脱氢抗坏血酸还原酶 (MDHAR) 活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

#### 1、样本制备:

##### ① 组织样本:

取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆。12000rpm, 4°C离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

**【注意】** 若样本颜色较深 (如植物叶片), 可引起起始值 A1 值较大如超过 2, 可在样本制备过程中增加除色素步骤: 取约 0.2g 组织 (水分充足的样本可取 1g), 加入 90%乙醇冰浴匀浆, 12000rpm, 4°C离心 10min, 弃掉色素较深的上清液; 以上除色素步骤重复 2 次。最后向离心得到的沉淀中加入 1mL 提取液, 混匀或再次冰浴匀浆, 12000rpm, 4°C离心 10min, 取上清置冰上待测。

② 液体样本: 直接测定。若浑浊, 离心后取上清检测。

#### 2、上机检测:

① 打开酶标仪, 设置温度 25°C, 调节波长到 340 nm。

② 试剂一在 25°C水浴锅中预热 30 min。

③ 在 96 孔 UV 板中依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管
样本	20
试剂一	138
试剂二	20
试剂三	20
试剂四	2
轻轻混匀, 25°C条件下, 于 340nm 处检测, 分别于 10s 和 5min10s 读取吸光值 A1 和 A2, $\Delta A = A1 - A2$ 。	

## 五、结果计算:

### 1、按蛋白浓度计算:

活性定义: 在 25°C 反应条件下, 每毫克蛋白每分钟氧化 1nmol NADH 为 1 个酶活单位。

$$\text{MDHAR (nmol/min/mg prot)} = [\Delta A \div \epsilon \div d \times V2 \times 10^9] \div (Cpr \times V1) \div T = 643.1 \times \Delta A \div Cpr$$

### 2、按样本质量计算:

活性定义: 在 25°C 反应条件下, 每克样本每分钟氧化 1nmol NADH 为 1 个酶活单位。

$$\text{MDHAR (nmol/min/g 鲜重)} = [\Delta A \div \epsilon \div d \times V2 \times 10^9] \div (W \times V1 \div V) \div T = 643.1 \times \Delta A \div W$$

### 3、按液体体积计算:

活性定义: 在 25°C 反应条件下, 每毫升液体每分钟氧化 1nmol NADH 为 1 个酶活单位。

$$\text{MDHAR (nmol/min/mL)} = [\Delta A \div \epsilon \div d \times V2 \times 10^9] \div V1 \div T = 643.1 \times \Delta A$$

$\epsilon$ ---NADH 摩尔消光系数, 6220 L/mol/cm;

d---96 孔板光径, 0.5cm;

V---提取液体积, 1 mL;

V1---加入样本体积, 20μL=0.02mL;

V2---反应体系总体积, 200μL=2×10<sup>-4</sup>L;

W---样品质量, g;

T---反应时间, 5min;

Cpr---上清液蛋白浓度, mg/mL, 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。