

## 硫氧还蛋白过氧化物酶（Thioredoxin peroxidase）试剂盒说明书

（货号：G0217W 微板法 96 样）

### 一、产品简介：

硫氧还蛋白过氧化物酶（TPx）属于过氧化物酶家族，普遍存在于各种生物体内，主要还原过氧化氢和一些氢过氧化物来实现抗氧化作用，功能与 GPX 类似，也是谷胱甘肽氧化还原循环关键酶之一。具有抗氧化和调节由过氧化氢介导的信号转导和免疫反应等功能。

本试剂盒利用 TPX 催化  $H_2O_2$  氧化二硫苏糖醇(DTT)，通过用硫氰酸铁法检测剩余  $H_2O_2$ ，由于形成的化合物于 475nm 处的吸光值，进而计算出 TPX 活性大小。

### 二、试剂盒组分与配制

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 100mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂一	液体 35mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂二	粉体 mg×3 支	4°C 保存	使用前甩几下使试剂落入底部，每支加 4mL 蒸馏水溶解，三天内用完。
试剂三	液体 mL×1 支	4°C 保存	使用前甩几下使试剂落入底部，取 11μL 至新 EP 管中，再加 1.1mL 蒸馏水混匀，接着再用蒸馏水稀释 100 倍备用。
试剂四	5mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂五	粉体 mg×4 支	4°C 保存	使用前甩几下使试剂落入底部，每支加 3mL 蒸馏水溶解，现配现用。
试剂六	5mL×1 瓶	4°C 保存	

### 三、所需的仪器和用品：

酶标仪、96 孔板、低温离心机、移液器、研钵、冰和蒸馏水。

### 四、硫氧还蛋白过氧化物酶（TPx）活性测定：

#### 1、样本制备：

- ① 组织样本：称取约 0.1g 组织（水分充足样本可取 0.5g），加入 1mL 提取液，在 4°C 或冰浴进行匀浆。4°C 约 12,000rpm 离心 10min，取上清作为待测样品。

【注】：若增加样本量，可按照组织质量（g）：提取液体积(mL)为 1：5~10 的比例进行提取

- ② 细菌/细胞样本：

先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液，在 4°C 或冰浴进行匀浆。4°C 约 12,000rpm 离心 10min，取上清作为待测样品。

【注】：若增加样本量，可按照细菌/细胞数量（ $10^4$ ）：提取液（mL）为 500~1000：1 的比例进行提取。

- ③ 液体样本：直接测定。

#### 2、上机检测：


- ① 酶标仪预热 30 min，调节波长到 475 nm。  
② 所有试剂解冻至室温（25°C），在 EP 管中依次加入：

试剂名称（μL）	测定管	空白管（仅做一次）
样本	20	
蒸馏水		20
试剂一	330	330
试剂二	100	100

混匀，室温（25℃）孵育 5min		
试剂三	50	50
混匀，室温（25℃）反应 2min		
试剂四	50	50
试剂五	100	100
试剂六	50	50
混匀，测定管需室温（25℃）12000rpm 离心 5min，再同空白管一起取 200μL 澄清液体至 96 孔板中，立即于 475nm 处读值， $\Delta A = A_{\text{空白}} - A_{\text{测定}}$ 。		

## 五、结果计算：

1. 标准曲线： $y = 14.701x - 0.0256$ 。x 是  $H_2O_2$  摩尔质量 ( $\mu\text{mol}$ )，y 为吸光值  $\Delta A$ 。



2. 按蛋白浓度计算：

酶活定义：每毫克蛋白每分钟降解  $1\mu\text{mol}H_2O_2$  为 1 个酶活单位。

$$\text{TPx 酶活 } (\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg prot}) = [(\Delta A + 0.0256) \div 14.701] \div (\text{Cpr} \times V1) \div T \times D \\ = 1.7 \times (\Delta A + 0.0256) \div \text{Cpr} \times D$$

3. 按样本质量计算：

酶活定义：每克样本每分钟氧化降解  $1\mu\text{mol}H_2O_2$  为 1 个酶活单位。

$$\text{TPx 酶活 } (\mu\text{mol}/\text{min}/\text{g 鲜重}) = [(\Delta A + 0.0256) \div 14.701] \div (W \times V1 \div V) \div T \times D \\ = 1.7 \times (\Delta A + 0.0256) \div W \times D$$

4. 按细胞数量计算：

酶活定义：每  $10^4$  个细胞每分钟降解  $1\mu\text{mol}H_2O_2$  为 1 个酶活单位。

$$\text{TPx 酶活 } (\mu\text{mol}/\text{min}/10^4 \text{ cell}) = [(\Delta A + 0.0256) \div 14.701] \div (\text{细胞数量} \times V1 \div V) \div T \times D \\ = 1.7 \times (\Delta A + 0.0256) \div \text{细胞数量} \times D$$

5. 按液体体积计算：

酶活定义：每毫升液体每分钟降解  $1\mu\text{mol}H_2O_2$  为 1 个酶活单位。

$$\text{TPx 酶活 } (\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mL}) = [(\Delta A + 0.0256) \div 14.701] \div V1 \div T \times D = 1.7 \times (\Delta A + 0.0256) \times D$$

V---提取液体积，1 mL； V1---上清液体积，20μL=0.02 mL；

D---稀释倍数； W---样本质量，g； T---反应时间，2min；

Cpr---上清液蛋白浓度 (mg/mL)；建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

附：标准曲线制作过程：

- 1 标准品母液 ( $1\mu\text{mol}/\text{mL}$ )：即稀释 100 倍后备用的试剂三。
- 2 把母液稀释成六个梯度：0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8,  $1\mu\text{mol}/\text{mL}$ 。
- 3 在 EP 管依次加入：20μL 蒸馏水+430μL 试剂一+50μL 标准品+50μL 试剂四+100μL 试剂五+50μL 试剂六，混匀取 200μL 澄清液体至 96 孔板，立即于 475nm 处读值，依据结果即可制作标准曲线。