

Soil-cellulase (S-CL) Activity Assay Kit

土壤纤维素酶 (S-CL) 活性测定试剂盒说明书

货号: G0308W | 方法: 微板法 | 规格: 48 样

一、产品简介:

纤维素是植物残体进入土壤的碳水化合物的重要组分之一。在土壤纤维素酶作用下,可以催化纤维素水解生成纤维二糖、葡萄糖等还原糖,所以,纤维素酶是碳素循环中的一个重要酶。本试剂盒采用3,5-二硝基水杨酸与终产物还原糖反应生成棕红色物质,在540nm处有特征吸收峰,进而得到土壤纤维素酶活性。

二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	粉体 mg×1 瓶	4°C保存	临用前加入 55mL 试剂二, 可 80°C水浴, 搅拌至溶解, 待用。
试剂二	液体 110mL×1 瓶	4°C保存	
试剂三	液体 10mL×1 瓶	4°C保存	
标准品	粉剂 mg×1 支	4°C保存	若重新做标曲, 则用到该试剂。

三、所需仪器和用品:

酶标仪、96孔板、水浴锅或恒温振荡培养箱、可调式移液器、蒸馏水。

四、土壤纤维素酶 (S-CL) 活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

取新鲜土样或干土(风干或者 37 度烘箱风干), 先粗研磨, 过 40 目筛网备用。

【注】: 土壤风干, 减少土壤中水分对于实验的干扰; 土壤过筛, 保证取样的均匀细腻;

2、上机检测:

① 培养: 在 EP 管依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
土样 (g)	0.3-0.5	0.3-0.5
试剂一	1000	
试剂二		1000
充分混匀, 40°C培养 24 小时(振荡培养或间隔一段时间手动振荡混匀几下), 12000rpm, 25°C离心 10min, 上清液待用		

② 酶标仪预热 30min 以上, 调节波长为 540nm。

③ 显色反应: 在 EP 管中依次加入:


上清液	200	200
试剂三	100	100
混匀, 95°C水浴 5min, 待冷却后(若液体有浑浊现象, 可室温 8000rpm 离心 5min 后取上清液测定), 取 200μL 于 96 孔板中, 在 540nm 处读取吸光值 A, $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ 。		

注意: 本操作流程适用于绝大多数常规样本检测, 实验条件可根据实际样本状态适度微调;

针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算：

1、标准曲线方程： $y = 15.161x - 0.0701$ ； x 为标准品质量（mg）， y 为 ΔA 。



说明：标准曲线由标准品测定获得，具体制作方法详见随货说明书或咨询技术支持。

2、单位定义：每天每克土样中产生 $1\mu\text{g}$ 还原糖定义为一个酶活力单位。

$$\text{土壤纤维素酶(S-CL)活力}(\mu\text{g/d/g 土样}) = [(\Delta A + 0.0701) \div 15.161 \times 10^3 \times (V \div V1)] \div W \div T$$

$$= 329.8 \times (\Delta A + 0.0701) \div W$$

V---反应总体积，1000 μL ；

V1---显色反应中上清液体积，200 μL ；

T---反应时间，24h=1d；

W---土壤样本实际取样量，g。