

Soil Fluorescein diacetate(S-FDA) Activity Assay Kit

土壤荧光素二乙酸酯（FDA）水解酶试剂盒说明书

货号：G0322W | 方法：微板法 | 规格：96 样

一、产品简介：

土壤荧光素二乙酸酯(FDA)水解酶与土壤总碳、全氮、全磷等土壤养分指标间关系密切，与微生物活性间的相关性比其他酶活性更显著，同时也能够很好地反映系统中有机质的转化和土壤中微生物的活性，是土壤健康质量的微生物学指标之一。

FDA 是一种无色化合物，在介质中能被许多土壤酶所催化水解，并经脱水反应，产生酶解终产物—荧光素，该黄色产物在 490nm 处有强吸收峰，通过检测 490nm 处的吸光值变化即可得出 FDA 水解酶活性。

二、试剂盒组分与配制

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	110mL×2 瓶	4℃ 保存	
试剂二	粉体 mg×1 瓶	4℃ 保存	临用前加 6mL 丙酮充分溶解备用
标准品	粉体 mg×1 支	4℃ 保存	若重新做标曲，则用到该试剂

三、所需的仪器和用品：

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、天平、低温离心机、恒温水浴锅、丙酮。

四、FDA 水解酶(FDA) 活性测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本处理：

取新鲜土样风干或 37℃ 烘箱风干，先粗研磨过 40 目筛备用。

【注】土壤风干，减少土壤中水分对于实验的干扰；土壤过筛，保证取样的均匀细腻；

2、上机检测：

① 酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 490nm。


② 在 EP 管中依次加入：

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
土样 (g)	0.05	0.05
试剂一	1000	1000
试剂二	50	
丙酮		50
混匀，37℃ 反应 1h		
丙酮	150	150
混匀，12000 rpm 离心 10min，取 200μL 至 96 孔板中，于 490nm 下读取吸光值 A， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ 。		

注意：本操作流程适用于绝大多数常规样本检测，实验条件可根据实际样本状态适度微调；针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算：

1、标准曲线： $y = 0.0878x + 0.0094$ ：x 为标准品质量(μg)，y 为 ΔA 。



说明：标准曲线由标准品测定获得，具体制作方法详见随货说明书或咨询技术支持。

2、活性定义：每小时每克土样中产生 $1\mu\text{g}$ 荧光素定义为一个酶活力单位。

$$\text{FDA 活性}(\mu\text{g/h/g}) = (\Delta A - 0.0094) \div 0.0878 \div W \div T \times D = 11.39 \times (\Delta A - 0.0094) \div W \times D$$

T---反应时间，1h；

W---土壤样本实际取样量；

D---稀释倍数，未稀释即为 1；

荧光素分子量---332.31。