

亚硝酸还原酶 (Nitrite reductase, NiR) 试剂盒说明书

(货号: G0408F 分光法 24 样)

一、产品简介:

亚硝酸还原酶 (NiR, EC1.7.2.1) 是一类能催化亚硝酸盐还原的氧化还原酶, 广泛存在于微生物及植物体内, 是自然界氮循环过程中的关键酶, 可以将亚硝酸盐降解为 NO 或 NH₃, 从而减少环境中亚硝酸盐的积累, 降低因亚硝酸盐累积而造成的对生物体的毒害作用。

亚硝酸还原酶可将 NO₂⁻ 还原为 NO, 使样品中参与对-氨基苯磺酸及 α-萘胺定量生成 (粉) 红色偶氮化合物的 NO₂⁻ 减少, 根据颜色深浅即 540nm 处吸光值的变化可反应亚硝酸还原酶的活性。

二、试剂盒的组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 50mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂一	粉体 mg×2 支	4°C 保存	临用前甩几下使粉体落入底部, 每支加 1.5mL 提取液溶解, 再用提取液稀释一倍后作为试剂一使用。一周内用完。
试剂二	粉剂 mg×1 支	4°C 保存	临用前甩几下使粉体落入底部, 再加 2mL 提取液溶解。
试剂三	试剂三 Amg×2 支 试剂三 Bmg×2 支	4°C 保存	临用前一支试剂 A 和 B 分别用 1mL 蒸馏水完全溶解, 再把 1mL 试剂 B 倒入 1mL 试剂 A 中混成试剂三 mix(一周内用完)。
试剂四	粉体 g×1 瓶	4°C 保存	临用前加 3mL 蒸馏水溶解。
试剂五	液体 12mL×1 瓶	4°C 保存	临用前, 可依据待检测样本数量, 把试剂五和六等比例混合成无色的反应 mix(注意观察, 若变粉色, 则不能使用)。两天之内用完。
试剂六	液体 12mL×1 瓶	4°C 保存	
标准品	粉体 mg×1 支	4°C 保存	若重新做标曲, 则用到该试剂。

三、所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm)、可调式移液器、天平、研钵、水浴锅、低温离心机。

四、亚硝酸还原酶 (NiR) 活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

- ① 组织样本: 称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆。4°C×12000g 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。
- ② 细菌/细胞样本: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液; 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 300W, 超声 3s, 间隔 7s, 总时间 3min); 4°C×12000g 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 按照细菌/细胞数量(10⁴ 个): 提取液体积(mL)为 500~1000: 1 的比例进行提取。

2、上机检测:

- ① 可见分光光度计预热 30min, 调波长至 540nm, 蒸馏水调零。
- ② 在 EP 管中依次加入试剂:


试剂名称 (μL)	测定管	对照管
试剂一	50	50
试剂二	50	
提取液	330	430
样本	20	20
试剂三 mix	50	
混匀, 于 37°C 下反应 30min 后, 务必于漩涡震荡仪上剧烈震荡 5min。		
试剂四	50	50
混匀, 12000rpm, 室温离心 5min, 上清液待测。		

③ 显色反应, 在 EP 管中依次加入:

上清液	80	80
蒸馏水	400	400
反应 mix	400	400
混匀, 室温反应 10min, 立即取全部上清液至 1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm) 中, 于 540nm 处读取吸光值 A, $\Delta A = A_{\text{对照}} - A_{\text{测定}}$ (每个测定管需设一个对照管)。		

五、结果计算:

1、标准曲线方程: $y = 3.2526x + 0.0114$, x 为标准品摩尔浓度 ($\mu\text{mol/mL}$), y 为吸光值 ΔA 。



2、按照蛋白含量计算:

酶活定义: 每毫克组织蛋白每小时还原 $1\mu\text{mol NO}_2^-$ 的量为一个酶活力单位。

$$\text{NiR}(\mu\text{mol/h/mg prot}) = [(\Delta A - 0.0114) \div 3.2526 \times V2] \div (V1 \times \text{Cpr}) \div T = 16.91 \times (\Delta A - 0.0114) \div \text{Cpr}$$

3. 按照样本质量计算: 酶活定义: 每克组织每小时还原 $1\mu\text{mol NO}_2^-$ 的量为一个酶活力单位。

$$\text{NiR}(\mu\text{mol/h/g 鲜重}) = [(\Delta A - 0.0114) \div 0.3127 \times V2] \div (W \times V1 \div V) \div T = 16.91 \times (\Delta A - 0.0114) \div W$$

4. 按照细胞数量计算:

酶活定义: 每 10^4 个细胞每小时还原 $1\mu\text{mol NO}_2^-$ 的量为一个酶活力单位。

$$\text{NiR}(\mu\text{mol/h}/10^4 \text{ cell}) = [(\Delta A - 0.0114) \div 0.3127 \times V2] \div (\text{细胞数量} \times V1 \div V) \div T \\ = 16.91 \times (\Delta A - 0.0114) \div \text{细胞数量}$$

V1---体系中加入样本体积, 0.02mL; V---加入提取液体积, 1mL;

V2---反应阶段总体积, 0.55mL; T---反应时间, 30min=1/2h; 细胞数量---500 万;

W---样本质量, g; Cpr---样本蛋白含量, 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒;

附: 标准曲线制作过程:

1 制备标准品母液 ($100\mu\text{mol/mL}$): 标准品用 1mL 蒸馏水溶解。(母液在两天内用完)。

2 把母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品: 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25. $\mu\text{mol/mL}$ 。

3 按照显色反应阶段的加样顺序操作: 根据结果即可制作标准曲线。