

Sucrose Content Kit

蔗糖含量试剂盒（蒽酮比色法）说明书

货号：G0506F | 方法：可见分光法 | 规格：48 样

一、产品简介：

蔗糖是光合作用的主要产物，广泛分布于植物体内，特别是甜菜、甘蔗和水果中含量极高。蔗糖由葡萄糖和糖脱水缩合形成，易溶于水较难溶于乙醇。

在酸性条件下，将蔗糖水解生成果糖和葡萄糖，采用蒽酮比色法，生成的产物在 620nm 下有特征吸收峰，进而计算出蔗糖的含量。

二、试剂盒组分与配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	液体 2mL×1 支	4°C 保存	
试剂二	粉剂×2 瓶	4°C 保存	
标准品	粉剂×1 支	4°C 保存	临用前称量取出 2mg 标准品至一新 EP 管中，再加 2mL 蒸馏水溶解即 1mg/mL 标准品，再用蒸馏水稀释成 0.3mg/mL 蔗糖标准品溶液，备用（现配现用，三天内用完）。

三、所需仪器和用品：

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）、水浴锅、移液器、研钵、常温离心机、乙醇、浓硫酸、蒸馏水。

四、蔗糖含量检测：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备

① 组织样本：

称取 0.1g 样本（若是干样，如烘干烟叶等可取 0.05g；若是水分充足的样本可取 0.2g），先加入 0.8mL 的 80%乙醇（自备：取 80mL 乙醇溶于 20mL 蒸馏水中），冰浴匀浆，倒入有盖离心管中，再用 80%乙醇冲洗研钵并转移至同一 EP 管中，使 EP 管中粗提液终体积定容为 1.5mL（若用自动研磨机可直接加入 1.5mL 的 80%乙醇研磨）；置 50°C 水浴 20min（封口膜缠紧，防止液体散失，且间隔 2min 振荡混匀一次），冷却后（若有损失，可加 80%乙醇补齐至 1.5mL），12000rpm，室温离心 10min，取上清液备用。

② 液体样本：

澄清的液体样本直接检测，若浑浊则需 12000rpm，室温离心 10min，取上清液备用。

2、上机检测：

- 可见分光光度计预热 30min，设置温度在 25°C，设定波长到 620nm，蒸馏水调零。
- 调节水浴锅至 95°C；**工作液**的配制：临用前在一瓶试剂二中，加入 3mL 蒸馏水后，缓慢加入 17mL 浓硫酸，充分溶解（若难溶解，70°C 加热溶解；剩余试剂 4°C 保存一

- 周)。
- ③ 上清液稀释：可先取 2 个样本预测，确定适合本批样本的稀释浓度 D：叶片类样本可稀释 10 倍，含糖量高的果肉类样本可稀释 20 倍左右。
- ④ 在 EP 管中依次加入：

试剂 (μL)	测定管	标准管 (仅做一次)	空白管 (仅做一次)
样本	60		
标准品		60	
蒸馏水			60
试剂一	40	40	40
务必混匀 (可用枪吸打混匀)，95°C 煮沸 10min (盖紧，防止水分散失)			
工作液	720	720	720
混匀，95°C 水浴 10min (封口膜缠紧，防止水分散失)，冷却至室温后，全部液体转移至 1mL 玻璃比色皿中，于 620nm 读取吸光值 A， $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{空白管}}$ 。			

注意：本操作流程适用于绝大多数常规样本检测，实验条件可根据实际样本状态适度微调；针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算：

1、按照重量计算：

$$\begin{aligned} \text{蔗糖含量(mg/g 重量)} &= (C_{\text{标准}} \times V_1) \times \Delta A \div (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}) \div (W \times V_1 \div V) \times D \\ &= 0.45 \times \Delta A \div (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}) \div W \times D \end{aligned}$$

2、按照体积计算：

$$\begin{aligned} \text{蔗糖含量(mg/mL 液体)} &= (C_{\text{标准}} \times V_1) \times \Delta A \div (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}) \div V_1 \times D \\ &= 0.3 \times \Delta A \div (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}) \times D \end{aligned}$$

C 标准---蔗糖标准品浓度，0.3mg/mL；

V---加入提取液体积，1.5mL；

V1---加入样本体积，0.06mL；

W---样本鲜重，g；

D---稀释倍数，未稀释即为 1。