

Trehalose Content Kit

海藻糖含量（蒽酮比色法）检测试剂盒说明书

货号：G0552W | 方法：微板法 | 规格：96 样

一、产品简介：

海藻糖(trehalose)是一种非还原性双糖，广泛存在于动植物、微生物和培养细胞中。具有在干燥、干旱、冷冻、高渗透压等恶劣环境下保护核酸和蛋白质等生物大分子的作用，被广泛用于医药、保健品、酶、食品等制品的保存。

本试剂盒用蒽酮-硫酸法测定海藻糖含量，利用糖类在较高温度下可被浓硫酸作用而脱水生成糠醛或羟甲基糖醛后，与蒽酮脱水缩合，形成糠醛的衍生物，呈蓝绿色。该物质在 620 nm 处有最大吸收，其颜色的深浅与糖含量成正比。

二、试剂盒组分与配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 120mL×2 瓶	4°C保存	
试剂一	粉体 mg×3 瓶	4°C保存	使用前甩几下使试剂落入底部，每瓶加 11mL 的浓硫酸溶解备用。剩余试剂 4°C保存一周。
标准品	粉剂 mg×1 支	4°C保存	若重新做标曲，则用到该试剂。

三、所需的仪器和用品：

酶标仪、96 孔板、水浴锅、可调式移液器、研钵、浓硫酸和蒸馏水。

四、海藻糖含量测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备：

① 组织样本：

称取约 0.1g 组织放入研钵中，加入 1mL 提取液进行研磨成匀浆，室温晃动提取 30min，8000rpm 室温（25°C）离心 10min，取上清。

【注】：若增加样本量，可按照组织质量（g）：提取液体积(mL)为 1：5~10 的比例进行提取。

② 细菌/真菌样本：

先收集细菌或真菌到离心管内，离心后弃上清；取 500 万细菌或真菌加入 1mL 提取液；冰浴超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 20%或 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次），室温晃动提取 30min，8000rpm 室温（25°C）离心 10min，取上清。

【注】：若增加样本量，可按照提取液体积(mL)：细菌或真菌数量(10^4 个)为 1：500~1000 的比例提取。

③ 液体样本：

取 0.1mL 液体加入 1mL 提取液涡旋混匀，室温晃动提取 30min，8000rpm 室温（25°C）离心 10min，取上清。

【注】：若增加样本量，可按照液体体积（mL）：提取液体积(mL)为 1：5~10 的比例提取。

2、上机检测：

① 酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 620nm。

② 调节水浴锅至 95 度。


③ 先调 2-3 个样本做预测定，若吸光值 A 大于 1.5，将样本用提取液稀释后（5-20 倍）再测定，计算公式中乘以相应的稀释倍数 D。

④ 在 EP 管中依次加入：

试剂名称 (μL)	测定管	空白管
样本	150	
蒸馏水		150
试剂一	300	300
95-100°C沸水浴 3min，冷却后，混匀取 200μL 至 96 孔板中，于 620nm 处读取吸光值 A， $\Delta A = A_{测定} - A_{空白}$ 。		

五、结果计算：

1、标准曲线方程为： $y = 0.0636x + 0.0033$ ；x 为标准品质量 (μg)，y 为吸光值 A。



标准曲线示意图

说明：标准曲线由标准品测定获得，具体制作方法详见随货说明书或咨询技术支持。

2、按样本鲜重计算：

$$\text{海藻糖含量}(\mu\text{g/g 鲜重}) = [(\Delta A - 0.0033) \div 0.0636] \div (W \times V1 \div V) \times D = 104.8 \times (\Delta A - 0.0033) \div W \times D$$

3、按细菌或真菌密度计算：

$$\text{海藻糖含量}(\mu\text{g}/10^4\text{cell}) = [(\Delta A - 0.0033) \div 0.0636] \div (500 \times V1 \div V) \times D = 0.21 \times (\Delta A - 0.0033) \times D$$

4、液体中海藻糖含量计算：

$$\text{海藻糖含量}(\mu\text{g}/\text{mL}) = [(\Delta A - 0.0033) \div 0.0636] \div (V2 \times V1 \div V) \times D = 1048 \times (\Delta A - 0.0033) \times D$$

V---提取液总体积 1mL；

V1---反应体系中样本体积，150μL=0.15mL；

V2---液体体积，0.1mL；

W---样本质量，g；

D---稀释倍数，未稀释即为 1；

500---细菌或真菌总数，500 万。