

## 磷脂酶 C (Phospholipases C, PLC) 活性测定试剂盒说明书

(货号:G0924F 分光法 24 样)

### 一、产品简介:

磷脂酶 C (PLC, EC 3.1.4.3) 是一种水解甘油磷酸酯 C3 位点甘油磷酸酯键的脂类水解酶, 广泛存在于微生物及动植物的组织和细胞中, 在细胞代谢、细胞传递、生长发育等方面具有重要作用。

磷脂酶 C 催化水解 O-(4-硝基苯基)胆碱(NPPC)产生对硝基苯酚(PNP), 该产物在 405nm 处有最大吸收峰。通过检测 PNP 在 405nm 下的增加速率, 即可得到 PLC 酶活性大小。

### 二、试剂盒的组成和配制:

| 试剂名称 | 规格          | 保存要求   | 备注   |
|------|-------------|--------|--|
| 提取液  | 液体 30mL×1 瓶 | 4℃保存   | 用前摇匀再用。  |
| 试剂一  | 粉剂 mg×2 支   | -20℃保存 | 用前甩几下或离心使粉剂落入底部, 每支加 0.3mL 蒸馏水溶解备用。用不完的试剂-20℃保存。 |
| 试剂二  | 粉剂 mg×1 支   | 4℃保存   | 用前甩几下使粉剂落入底部, 加 1.1mL 蒸馏水溶解备用。                   |
| 试剂三  | 液体 30mL×1 瓶 | 4℃保存   |  |
| 试剂四  | 液体 4mL×1 支  | 4℃保存   |  |
| 标准品  | 粉剂×1 支      | 4℃保存   | 若重新做标曲, 则用到该试剂。                                  |

### 三、所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm)、低温离心机、水浴锅或恒温培养箱、可调式移液器和蒸馏水。

### 四、磷脂酶 C (PLC) 活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

#### 1、样本制备:

① 组织样本: 取约 0.1g 组织 (水分充足的果实样本可取 0.2-0.3g), 加入 1mL 提取液 (用前摇匀再用), 进行冰浴匀浆, 13000rpm, 4℃离心 15min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照组织质量 (g): 提取液体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例提取。

② 细菌/细胞样本: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液, 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 13000rpm 4℃离心 15min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照细菌/细胞数量 ( $10^4$ ): 提取液 (mL) 为 500~1000: 1 的比例进行提取。

#### 2、上机检测:

① 可见分光光度计预热 30min, 调节波长到 405nm, 蒸馏水调零。


② 所有试剂解冻至室温 (25℃), 在 EP 管中依次加入:

| 试剂名称 (μL)          | 测定管 | 对照管 |
|--------------------|-----|-----|
| 样本                 | 105 | 105 |
| 试剂一                | 20  |     |
| 试剂二                | 20  | 20  |
| 试剂三                | 485 | 505 |
| 混匀, 37℃孵育反应 30min。 |     |     |

| 试剂四   | 70 | 70 |
|---|----|----|
| 混匀，取全部液体至 1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）中，于 405nm 处读吸光值 A， $\Delta A=A$ 测定-A 对照(每个样本需做一个自身对照)。 |    |    |

## 五、结果计算：

1、标准曲线： $y = 0.0241x - 0.0028$ ，x 是 PNP 摩尔质量(nmol)，y 是  $\Delta A$ 。



2、按照样本蛋白浓度计算：

酶活定义：37°C中每毫克蛋白每分钟水解 1nmol NPPC 产生 PNP 定义为 1 个酶活单位。

$$PLC \text{ (nmol/min/mg prot)} = [(\Delta A + 0.0028) \div 0.0241] \div (Cpr \times V1) \div T \times D = 13.2 \times (\Delta A + 0.0028) \div Cpr \times D$$

3、按照样本质量计算：

酶活定义：37°C中每克组织每分钟水解 1nmol NPPC 产生 PNP 定义为 1 个酶活单位。

$$PLC \text{ (nmol/min/g 鲜重)} = [(\Delta A + 0.0028) \div 0.0241] \div (W \times V1 \div V) \div T \times D = 13.2 \times (\Delta A + 0.0028) \div W \times D$$

4、按细菌/细胞数量计算：

酶活定义：每  $10^4$  个细胞每分钟水解 1nmol NPPC 产生 PNP 定义为 1 个酶活单位。

$$PLC \text{ (nmol/min/} 10^4 \text{ cell)} = [(\Delta A + 0.0028) \div 0.0241] \div (500 \times V1 \div V) \div T \times D = 0.03 \times (\Delta A + 0.0028) \times D$$

5、按液体体积计算：

酶活定义：37°C中每毫升液体每分钟水解 1nmol NPPC 产生 PNP 定义为 1 个酶活单位。

$$PLC \text{ (nmol/min/mL)} = [(\Delta A + 0.0028) \div 0.0241] \div V1 \div T \times D = 13.2 \times (\Delta A + 0.0028) \times D$$

V---提取液体积，1 mL；

V1---加入反应体系中上清液体积 (mL)，0.105mL；

T---反应时间 (min)，30 min；

D---稀释倍数，未稀释即为 1；

W---样品质量，g；

500---细胞数量；

Cpr---粗酶液蛋白质浓度 (mg/mL)，建议使用本公司的 BCA 蛋白质含量测定试剂盒；

附：标准曲线制作过程：

- 1 制备标准品母液 ( $10\mu\text{mol/mL}$ )：向标准品 EP 管里面加入 1.4ml 蒸馏水超声溶解。
- 2 把母液用蒸馏水稀释成以下浓度梯度的标准品：0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5  $\mu\text{mol/mL}$ 。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 在 EP 管中依次加入：105 $\mu\text{L}$  标准品+525 $\mu\text{L}$  试剂三+70 $\mu\text{L}$  试剂四，混匀取全部液体至 1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）中，于 405nm 处读值，根据结果即可制作标准曲线。