

血镁(Mg)含量检测试剂盒说明书

(货号: G1229W 微板法 96 样)

一、产品简介:

在碱性条件下, 样本中的镁离子与二甲苯胺蓝生成有色复合物, 此产物在 510nm 波长处有最大吸收, 其吸收强度与镁的含量成正比, 再通过与同样处理的镁标准液比较, 经计算可求出血清镁的含量。EGTA 遮蔽钙离子消除钙离子的干扰反应。

二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	液体 21mL×1 瓶	4°C保存	未开封试剂避光保存于 4°C, 有效期 12 个月; 试剂开封后避光保存于 4°C, 在无污染情况下有效期 1 个月; 试剂不可冰冻。
标准管	液体 0.2mL×1 支	4°C保存	浓度1.76mmol/L。

三、所需仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、离心机、去离子水。

四、血镁(Mg)含量检测:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免样本和试剂浪费!

1、样本制备:

- ① 血清、肝素抗凝血浆, 不可使用 EDTA 血浆。
- ② 血清或血浆稳定性: 4°C~25°C保存可稳定七天; -20°C保存可稳定一年。

2、上机检测:

- ① 酶标仪预热 30min, 设定波长到 510nm。
- ② 所有试剂解冻至室温, 在 96 孔板中依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管	标准管 (仅做一次)	空白管 (仅做一次)
样本	2		
蒸馏水			2
标准品		2	
试剂一	200	200	200
混匀, 37°C孵育 10min 后于 510nm 处读取吸光值 A。			

五、结果计算:

1、按照体积计算:

$$\text{血镁(Mg)(mmol/L)} = (C_{\text{标准}} \times V_2) \times (A_{\text{测定}} - A_{\text{空白}}) \div (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}) \div V_1 \times D = 1.76 \times (A_{\text{测定}} - A_{\text{空白}}) \div (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}) \times D$$

C 标准---标准品浓度, 1.76mmol/L=1.76μmol/mL; V1---加入样本体积, 0.002mL;
 V2---加入标准品体积, 0.002mL; D---稀释倍数, 未稀释即为 1。
 精密性---重复性 CV≤5%; 批间相对极差 R≤5%。 准确度---相对偏差为≤15%。