

## Urinary Protein Content Assay Kit

### 尿蛋白含量（CBB 法）测定试剂盒说明书

货号：G1242W96 | 方法：微板法 | 规格：96 样

#### 一、产品简介：

在酸性介质中，CBB 与蛋白质的  $\text{NH}_3^+$  基团结合形成蓝色复合物；在 600nm 处有最大吸收峰。其颜色的深浅与尿蛋白含量成正比。

#### 二、测试盒组成和配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	液体 16mL×1 瓶	4°C 保存	
标准品	粉体 mg×1 支	4°C 保存	临用前甩几下或者离心，使粉体落入底部，再加 1mL 蒸馏水混匀溶解即 10mg/mL，再稀释 20 倍为 0.5mg/mL 即 500mg/L 进行测定。

#### 三、所需的仪器和用品：

酶标仪、96 孔板、离心机、可调式移液器、研钵和蒸馏水。

#### 四、尿蛋白含量检测：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

##### 1、样本制备：

① 液体样本：澄清液体样品可以直接测定。若浑浊，离心后取上清检测。

##### 2、上机检测：

① 打开酶标仪，设定波长为 600nm。

② 配制试剂一稀释液即试剂一:蒸馏水=1:1 比例配制，即试剂一的 2 倍稀释。

③ 在 96 孔板中依次加入：

试剂名称 (μL)	测定管	标准管 (只做一次)	空白管 (只做一次)
样本	10		
标准品		10	
蒸馏水			10
试剂一稀释液	300	300	300
混匀，置于室温 (25°C) 静置 10min，600nm 处测定吸光值 A (5~15min 完成比色)， $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{空白管}}$ 。			

注意：本操作流程适用于绝大多数常规样本检测，实验条件可根据实际样本状态适度微调；针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

#### 五、结果计算：

尿蛋白(mg/mL)=(C 标准×V 标)× $\Delta A \div (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}) \div V_1 \times D = 0.5 \times \Delta A \div (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}) \times D$

尿蛋白(mg/L)=(C 标准×V 标)× $\Delta A \div (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}) \div V_1 \times D = 500 \times \Delta A \div (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}) \times D$

C 标准---标品浓度，0.5mg/mL=500mg/L； V1---加入样本体积，0.01mL；

V 标---加入标准品体积，0.01mL； D---稀释倍数，未稀释即为